



## LAUDO DE ANÁLISE DE PRODUTO

Benedito Novo, 24 de Fevereiro de 2016.

A/C

Sr. João Uller - Pregoeiro

Em resposta ao ofício 53/2016, viemos através deste informar que a análise dos itens do Pregão eletrônico 2/2016 encontra-se conforme segue:

Item 1 –Não conforme – Medida máxima de cintura solicitada 110mm. Medida encontrada conforme descrição do fabricante 40 a 100mm.

Item 2 –Não conforme – Medida máxima de cintura solicitada 120mm. Medida encontrada conforme descrição do fabricante 70 a 110mm

Item 3 –Não conforme – Medida máxima de cintura solicitada 150mm. Medida encontrada conforme descrição do fabricante 110 a 140mm

Item 4 –Não conforme – Medida máxima de cintura solicitada 160mm. Medida conforme descrita pelo fabricante 140 a 160mm, porém em medição realizada o produto apresentou medida de cintura máxima de 154mm.

Itens 5 a 9 – Conforme – Descrição solicitada encontra-se dentro da descrição do fabricante.

Itens 10 e 11- Não recebemos amostra até a presente data.

  
Ronie Gilberto Loewen

Secretário de Saúde e Assistência Social